

MATERIALES NECESARIOS PARA EL IMPLANTE DE UNA ENDOPROTESIS ANACONDA NO INCLUIDOS

- Introdutores percutaneos de 8F o más
- Alambres guía de 0,035"
- Gel lubricante estéril
- Catéter angiográfico centimetrado

OTROS MATERIALES RECOMENDADOS

- Regla radiopaca centimetrada
- Balones para remodelar el stent proximal de la endoprótesis en caso de que fuese necesario
- Balones de angioplastia para realizar angioplastia iliaca o remodelación de las extensiones iliacas si fuese necesario